

ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА

КАРАЂОРЂЕВА 64

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Број: 20/16

Датум: 13.02.2017. године

С Е Н Т А

ПРЕДМЕТ: Питања у вези конкурсне документације

Дана 10.02.2017. године, Општа болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 20/16 примила је следећа питања у вези конкурсне документације:

Питање :“Обзиром да сте у одговору на наша питања од 06.02.2017, питање 1, навели да је дозвољено да ширина парног стерилизатора буде до 1.000 mm, као и да пратаће опрема, i.e. систем за третман воде треба да се угради поред парног стерилизатора у max. ширини од 750 mm, очигледно је да је преостало још 1.000 mm слободног простора по ширини. Молимо Вас да нам разјасните зашто и тај простор није на располагању, обзиром да је намена тог простора искључиво за потребе новог парног стерилизатора који замењује постојећи парни стерилизатор произвођача Sutjeska:

- a) Молимо Комисију да потврди да је расположива ширина простора на којем је тренутно уграђен парни стерилизатор произвођача Sutjeska

sa пратећом опремом укупне ширине 2.800 mm

- b) Молимо Комисију да потврди да је укупна ширина за уградњу новог парног стерилизатора са пратећом опремом 1.750 mm сагласно

одговору на наша питања од 06.02.2017.god.

- c) Молимо Комисију да појасни шта се дешава са преосталим простором у ширини од око 1.000 mm, обзиром да је у одговорима

на наша претходна питања ограничила расположиви простор за нову опрему на укупно 1.750 mm.”

Одговор: a) Укупна ширина простора где је сад уграђен стерилизатор Sutjeska варира у димензијама 2780-2790 mm. За сигурну меру због могућих неравнина у простору који сад није доступан, а због будућих монтажа у том простору, усвојена је мера 2750 mm која даје relativну сигурност од 30 mm.

b) Ukupna širina za montažu novog parnog sterilizatora sa pratećom opremom je 1000 mm + 750 mm. To čini 1750 mm, od čega 1000 mm je novi sterilizator a 750 mm za prateću opremu. Širina 750 mm je maksimalana širina koja se mogla izdvojiti za smeštaj prateće opreme, obzirom na planove koje bolnica Senta ima u vezi sa prostorom sterilizacije.

c) Preostalih 1000 mm širine je minimalan prostor koji omogućava perspektivu smeštaja još jednog sterilizatora u taj celokupni prostor od 2750 mm, a koja je vezana za plan u vezi sa nabavkom još jednog novog i preraspodelom postojećih sterilizatora u bolnici Senta.

Питање 2 Obzirom da ste u vašem odgovoru po pitanju veličine ekrana (naša pitanja 2 i 3) naveli da veličina istog treba da bude

po dijagonali najmanje 5,7 ", dok smo mi pominjali veličinu dijagonale od 7,5 ", pretpostavljamo da je došlo do greške u kucanju,

te Vas molimo da potvrdite da je min. prihvatljiva dijagonala ekrana (touch-panel ili touch screen) **7,5"**.

Одговор: Minimalna prihvatljiva veličina dijagonale ekrana, bilo da se nalazi u okviru touch pannela ili je touch screen je **5,7 "**. Ekran tih minimalnih dimenzija je obavezan na prednjoj, nesterilnoj strani. Na sterilnoj strani, nije obavezan ekran, tačka 12 tehničkih karakteristika, dovoljan je touch pannel sa displejom, ali ako ponudjač ponudi i na toj sterilnoj strani, on mora biti minimalnih dimenzija 5,7 ".

Комисија за јавне набавке