

ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА
КАРАЂОРЂЕВА 64
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 20/16
Датум: 24.02.2017. године
С Е Н Т А

ПРЕДМЕТ: Питања у вези конкурсне документације

Дана 22.02.2017. године, Општа болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 20/16 примила је следећа питања у вези конкурсне документације:

Питање :

Послао сам питање пре неки дан за ставку 19 везано за приступ сервису, питао сам да ли може да сервисни приступ буде фронтално или са стране.

Моје питање је дали могу да добијем одговор зашто то не може јер не мењам пуно документацију, пошто видим од вашег одговора да је ова јавна набавка већ за неког резервисана.

Одговор: Приступ сервису је са фронталне стране и не може да буде са стране уређаја. За смештај система за припрему воде, поред уређаја је расположиво 750 mm и то је довољно и за смештај и за сервисирање тог уређаја за припрему воде. О томе смо се распитали и добили информације од неколико испоручилаца у Србији који испоручују системе за припрему воде свих карактеристика који се раде за потребе у медицини. У перспективи, врло брзо, болница Сента ће на преостали, простор до 275 cm, који остане после монтаже уређаја и система за припрему воде (100+75) cm, монтирати још један стерилизатор. На тај начин ће се груписати и оформити једна технолошки и санитарно исправна целина простора за стерилизацију у болници Сента. На овај начин ће се груписати на једно место и стручни кадар потребан за рад и на тај начин боље и квалитетније и јефтиније вршити процес стерилизације. Тиме ће се ослободити простор на другим местима у болници потребан за друге намене у процесу лечења и неге болесника.

Комисија за јавне набавке