

ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА
КАРАЂОРЂЕВА 64
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 20/16
Датум: 24.02.2017. године
С Е Н Т А

ПРЕДМЕТ: Питања у вези конкурсне документације

Дана 22.02.2017. године, Општа болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 20/16 примила је следећа питања у вези конкурсне документације:

Питање 1:

Након детаљне анализе конкурсне документације у отвореном поступку ЈН 20/16 - Набавка централног стерилизатора постављамо Вам следећа питања:

Како је наручилац у одговорима на питање потенцијалном понуђачу бр.18/16 од 09.02.2017. године одговорио да је уз стерилизатор дозвољен: "Простор по ширини, максимално до 750mm, треба и може да се искористи за смештај система за обраду воде.", овим путем питамо наручиоца да ли је прихватљиво да потенцијални понуђач понуди уређај који има сервисни приступ са фронталне и једне бочне стране. Сматрамо да уколико се уз стерилизатор испоручује адекватан систем за припрему воде (који такође захтева простор око својих компоненти, ради свакодневне бриге о потрошном материјалу: таблетирана со и сл.), у тих 750mm остаје довољно простора за бочни приступ стерилизатору за потребе сервиса. Оваквом изменом конкурсне документације, наручилац обезбеђује могућност учешћа већег броја потенцијалних понуђача а самим тим и обезбеђује већу конкурентност.

Одговор: Приступ сервису је са фронталне стране и не може да буде са стране уређаја. За смештај система за припрему воде, поред уређаја је расположиво 750 mm и то је довољно и за смештај и за сервисирање тог уређаја за припрему воде. О томе смо се распитали и добили информације од неколико испоручилаца у Србији који испоручују системе за припрему воде свих карактеристика који се раде за потребе у медицини. У перспективи, врло брзо, болница Сента ће на преостали, простор до 275 cm, који остане после монтаже уређаја и система за припрему воде (100+75) cm, монтирати још један стерилизатор. На тај начин ће се груписати и оформити једна технолошки и санитарно исправна целина простора за стерилизацију у болници Сента. На овај начин ће се груписати на једно место и стручни кадар потребан за рад и на тај начин боље и квалитетније и јефтиније вршити процес стерилизације. Тиме ће се ослободити простор на другим местима у болници потребан за друге намене у процесу лечења и неге болесника.

Питање 2:

Овим путем молимо наручиоца да из техничке спецификације за ставку 17 изостави наведену норму јер инсистирање на истој нема утемељену основу нити је у складу са ЗоЈН. Напомињемо да поменути тест поседује апсолутно сваки произвођач парних стерилизатора који су регистровани при АЛИМС-у.

Одговор: Наручилац остаје при захтеву наведеном у ставки 17.

Комисија за јавне набавке