

ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА
КАРАЂОРЂЕВА 64
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 23/17
Датум: 23.04.2018. године
С Е Н Т А

ПРЕДМЕТ: Питања у вези конкурсне документације

Дана 20.04.2018. године, Општа болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 23/17 примила је следећа питања у вези конкурсне документације:

Питање:Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈН број 23/17

Поштовани!

Увидом у конкурсну документацију за јавну набавку број 23/17 –Набавка хемикалија,стакла,пластике и осталог гумираног материјала,уочили смо да је партија 16. конципирана тако да наведене техничке спецификације може да испуни само један понуђач на тржишту,чиме је нарушено начело обезбеђивања конкурентности јавних набавки.

Да ли бисте прихватили да нпр. ставка 16.6. Содалајм ,у оквиру партије 16. буде издвојена као засебна?Такође с обзиром на то да тражени зеолит није есенцијална компонента за обављање функције содалајм-а у оквиру апарата за анестезију,а да је то такође специфично само за једног јединог произвођача,да ли бисте прихватили натрон креч без зеолита? Надамо се да ћете уважити нашу примедбу и преуредити конкурсну документацију,како бисте нам омогућили да учествујемо у овој набавци.

Одговор:

Наручилац остаје при конкурсној документацији.

На основу техничких карактеристика и нашег искуства тражена компонента Зеолит знатно повећава чврстину гранула чиме се продужава време експлоатације Содалајм.Тиме се смањује могућност исушавања Содалајм као и стварање веће количине праха.Из наведених разлога сматрамо да не стоји примедба потенцијалног понуђача да наведена компонента нема утицаја на ефикасност траженог медицинског средства.Наручилац остаје при свом захтеву с тим да ће размотрити ако неко од понуђача у оквиру објављене спецификације у партији 16. понуди одговарајуће медицинско средство.

Комисија за јавне набавке