

ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА

КАРАЂОРЂЕВА 64

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Број: 13/18

Датум: 10.09.2018. године

С Е Н Т А

ПРЕДМЕТ: Питања у вези конкурсне документације

Дана 07.09.2018. године, Општа болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 13/18 примила је следећа питања у вези конкурсне документације:

Питање :

Предмет:Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈН бр. 13/18

Молимо Наручиоца за појашњење онкурсне документације у делу Захтеваних техничких карактеристика стр. 30-48 и то како следи:

1.Ставка:Кућиште-гентри

Тачка 1:Отвор гентрија,најмање 72цм

Питање:Позивајући се на већ објављено питање и појашњење другог потенцијалног понуђача 20.08.2018. који је сугерисао Наручиоци да тачку 1 измени тако да гласи:Отвор гентрија,најмање 70цм,како би на тај начин била омогућена већа конкуренција и више потенцијалних понуђача,између осталих и наша фирма,могло да учествује у овој набавци,молимо Наручиоца да прихвати захтев и измени тачку 1 тако да гласи :Отвор гентрија,најмање 70цм.

Одговор: Већина светских произвођача има у понуди ЦТ скенере са већим отвором гентрија од захтеваног.**Не прихвата се захтев.**

Питање :

2.Ставка:Пацијент сто

Тачка 3.:Опсег скенирања у хоризонталном правцу ,најмање 175 цм

Питање:Позивајући се на већ објављено питање и појашњење другог потенцијалног понуђача 20.08.2018. који је сугерисао Наручиоцу да тачку 3 измени тако да гласи:опсег скенирања у хоризонталном правцу,најмање 160 цм,молимо Наручиоца да прихвати наш захтев и измени тачку 3 тако да гласи:Опсег скенирања у хоризонталном правцу,најмање 160 цм.На овај начин бићеомогућена већа конкуренција и више потенцијалних понуђача ће моћи да учествује,између осталих и наша фирма,а све у складу са чланом 10 Закона о јавним набавкама.

Одговор:

Опсег скенирања од 175 цм омогућује већу покривеност,иако ретки,прегледи целог тела се раде у хитним случајевима.Сви светски произвођачи имају у понуди моделе који задовољавају ову карактеристику.**Не прихвата се захтев.**

Питање :

4.Ставка:Пацијент сто

Тачка 5.:Опсег вертикалног померања стола у распону од најмање 441-991 мм

Питање:Да ли је за Наручиоца прихватљиво да опсег вертикалног померања стола буде у распону од 441-991 цм?

Појашњење:Могућност већег подизања стола нема никакав клинички значај а ограничава конкуренцију, што је у супротности са чланом 10. Закона о јавним набавкама.

Одговор:

Захтевани опсег омогућује лакши приступ пацијента уређају али и лакше позиционирање пацијента и приступ самог особља пацијенту.**Не прихвата се захтев.**

Питање :

Ставка:РТГ цев

Тачка 13:Реални,номинални топлотни капацитет анодне цеви,најмање 4.0 МНУ (Не односи се на ефективну снагу)

Питање:Да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити:реални топлотни капацитет анодне цеви 3.5 МНУ?

Наведени услов нема клиничког значаја а ограничава конкуренцију,што је у супротности са чланом 10. Закона о јавним набавкама.

Одговор:

Потенцијални понуђач захтева смањење квалитета,што је неприхватљиво.Сви светски произвођачи имају моделе који задовољавају захтевану карактеристику.Конкуренција ни у ком случају није ограничена овим захтевом. **Не прихвата се захтев.**

Питање :

Ставка:РТГ цев

Тачка 14:Брзина хлађења аноде најмање 850 кНУ/мин

Питање:Да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити брзину хлађења аноде цеви од 850 кНУ/мин?

Наведени услов нема клиничког значаја а ограничава конкуренцију,што је у супротности са чланом 10. Закона о јавним набавкама.

Одговор:

Брзина хлађења цеви је битан параметар квалитета уређаја.Сви светски произвођачи имају моделе који задовољавају захтевану карактеристику. **Не прихвата се захтев.**

Питање :

Имајући у виду комплексност и обимност тендерске документације,као и надамо се измене конкурсне документације која ће уследити на основу наших захтева молимо Наручиоца да узме у разматрање захтев за продужење рока за подношење понуда како би и наша фирма могла да учествује на тендеру.

Одговор:

Обзиром да нема измена конкурсне документације ,неће бити измена рокова.

Комисија за јавне набавке